

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku

ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko

NIP:281-006-95-79

Regon: 080396330

KRS:0000345177

Kontakt: Sekretariat tel.95-7639972/ fax 95-7620218,

Centrala tel.95-7620505/95-7620510

e-mail:sekretariat@szpital-drezdenko.pl

www.szpital-drezdenko.pl

Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

W regulaminie konkursu w p.VII Złożenie ofert, postępowanie konkursowe p.p 1 powinien brzmieć: Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie do dnia 11 sierpnia 2020r. do godz.12:00 w Sekretariacie Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, przy ul. Piłsudskiego 8.

We wzorze umowy §2, p. 5 powinien brzmieć:

Przyjmujący Zamówienia gwarantuje:

a) zintegrowanie dwóch aparatów RTG (Aparat Cyfrowy X-Twin; *Aparat Przewoźny Basic 4003* – ucyfrowiony - Skaner Carestream Vita Flex) należących do Udzielającego Zamówienia z systemem teleradiologii Przyjmującego Zamówienie w celu przekazywania danych obrazowych i opisowych. Udzielający Zamówienia dopuszcza instalację po swojej stronie dodatkowego sprzętu oraz oprogramowania pośredniego służącego do przekazywania danych obrazowych i opisowych (np. bramki DICOM, mini-systemu RIS/PACS) oraz **Przyjmujący** zamówienie ponosi wszystkie ewentualne koszty związane z zapewnieniem w/w integracji.

Wymiana danych obrazowych odbywa się w standardzie DICOM.

c) zabezpieczenia dostępu do danych przed niepowołanymi osobami poprzez zakodowanie (zaszyfrowanie) komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi za pomocą tunelu VPN.

d) posiadanie po swojej stronie odpowiedniego symetrycznego łącza WAN

Udzielający zamówienie oświadcza, że posiada:

system RIS/PACS wraz z modułem teleradiologii firmy Pixel Technology sp. z o.o. zintegrowany z posiadanym systemem HIS (AMMS) firmy Asseco Poland S.A. Posiadamy symetryczne łącze WAN 100 Mbit/s i możliwość zestawienia tunelu VPN